

- 1) APPLICARE ELETTRODI
- 2) 4 DERIVAZIONI PERIFERICHE (GI – RO – NE – VE)
(SX – DX – DX – SX)
- 3) 6 DERIVAZIONI PRECORDIALI
- 4) ACCENSIONE
- 5) F 1 – INSERIRE DATI + N° MISSIONE
- 6) F2 – PASSA AL CAMPO SUCCESSIVO
- 7) F6 – FINE
- 8) CONTROLLARE SUL DISPLAY SE ARTEFATTI
- 9) AUTO – ACQUISIZIONE ECG
- 10) FINE – XMT AVVIA TRASMISSIONE
- 11) CONNESSIONE EFFETTUATA – ATTENDERE INVIO
- 12) TRASMISSIONE COMPLETATA – OK – NON SPEGNERE – PRIMA TELEFONARE
- 13) TRASMISSIONE FALLITA? XMT 2 VOLTE – 3 TENTATIVI AUTOMATICI
- 14) RIMUOVERE CAVO DERIVAZIONI – NO ELETTRODI

POSIZIONE DERIVAZIONI PERIFERICHE (GI – RO – NE – VE)

- GIALLO: BRACCIO SX DEL PZ (INTERNO POLSI – RADIALE)
- ROSSO: BRACCIO DX DEL PZ
- NERO: GAMBA DX DEL PZ (INTERNO SOPRA CAVIGLIA)
- VERDE: GAMBA SX DEL PZ

POSIZIONE DERIVAZIONI PRECORDIALI

- V1 (ROSSO): 4° SPAZIO INTERCOSTALE DX (SOTTO CLAVICOLA, PRIMO SPAZIO SI SALTA, POI 4 SPAZI – UOMO SOPRA CAPEZZOLO – VERSO IL CENTRO - DI FIANCO ALLO STERNO)
- V2 (GIALLO): 4° SPAZIO INTERCOSTALE SX
- V3 (VERDE): PRIMA V4 – TRA V2 E V4
- V4 (MARRONE): 5° SPAZIO INTERCOSTALE SX (UOMO SOTTO CAPEZZOLO)
- V5 (NERO): PRIMA V6 – TRA V4 E V6 STESSO LIVELLO
- V6 (VIOLA): STESSO LIVELLO V5 SOTTO ASCELLA – DOVE PIASTRA DAE

QUANDO?

- DOLORE TORACICO
- DOLORE IN SEDE EPIGASTRICA
- PERDITA DI COSCIENZA +
 - o ARITMIA
 - o FREQUENZA CARDIACA + 120
 - o FREQUENZA CARDIACA - 50

NO – QUANDO?

- MINORENNE (A MENO CHE GENITORI ...)
- INCOSCIENTE
- GRAVE DISPNEA O ALTRA URGENZA

DISPLAY		
1	V2	V5
2	V3	V6
V1	V4	

Se è staccato V1 , V2 ... ecc. il tracciato nel riquadro corrispondente è piatto. Se è staccato, giallo, rosso, verde, tutto piatto (nero? Non si vede)

NO TRASMISSIONE) ACQUISIRE TRACCIATO CON AUTO, STACCARE ELETTRODI E INVIARLO SUL BALCONE, PER STRADA, ECC.

INFORMARE SEMPRE IL PZ - DEPILARE PZ (TRICOTOMIA)


DISPNEA? SEMISEDUTO

10 ELETTRODI → 12 DERIVAZIONI


NESSUN PROBLEMA (PACE MAKER, DEFIBRILLATORI, GRAVIDA, CELLULARI)

SE CARICA 20 %, NON TRASMETTE

Tracciato:



Esempio di infarto:



Artefatto o tremori:

